




MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15155002

EXECUTOR: IBAMETRO-BA - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FISCAL TECNOLOGIA	Modelo FSCII
Dados Complementares Registro de medição: Ssa 415/2023 Local da Instalação: AV. GETULIO VARGAS N. 893 CRUZ DAS ALMAS - BA Faixas/Sentido: (1) FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO (2) FAIXA 2-BAIRRO /CENTRO Marcas de Selagem: H2748881-9		Número de Série: FSCII6728 Número do Inmetro: 14812896 Código Serviço: 236 (Inicial) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103230000841089
Proprietário Nome/Razão Social: GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00 Endereço: R. UNAI, 190 Bairro: Industrial Município: Contagem CEP: 32220-350 UF: MG		Agente Metrológico  ROBERVAL GOIS DE JESUS
Observações Portaria de aprovação do modelo: 185/2019 Verificado em 19/07/2023 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 18/07/2024		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 30G16C90 ou pela leitura do QR-CODE		



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 415/2023

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação inicial	Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV. GETULIO VARGAS N. 893
CRUZ DAS ALMAS - BA

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 185/2019

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: FISCAL TECNOLOGIA Modelo: FSCII Nº Série: FSCII6728

Metrologista executor	Data
ROBERVAL GOIS DE JESUS	19/07/2023

Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 1

Sentido: BAIRRO/CENTRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,0	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0
2	49,5	50,0	50,0	- 0,5	5,0	0,0	0
3	46,7	46,0	46,0	0,7	5,0	0,0	0
4	49,4	49,0	49,0	0,4	5,0	0,0	0
5	48,5	48,0	48,0	0,5	5,0	0,0	0
6	52,8	52,0	52,0	0,8	5,0	0,0	0
7	51,6	51,0	51,0	0,6	5,0	0,0	0
8	54,2	54,0	54,0	0,2	5,0	0,0	0
9	52,4	52,0	52,0	0,4	5,0	0,0	0
10	49,7	49,0	49,0	0,7	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 2

Sentido: BAIRRO /CENTRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,0	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0
2	49,5	50,0	50,0	- 0,5	5,0	0,0	0
3	46,7	46,0	46,0	0,7	5,0	0,0	0
4	49,4	49,0	49,0	0,4	5,0	0,0	0
5	48,5	48,0	48,0	0,5	5,0	0,0	0
6	52,8	52,0	52,0	0,8	5,0	0,0	0
7	51,6	51,0	51,0	0,6	5,0	0,0	0
8	54,2	54,0	54,0	0,2	5,0	0,0	0
9	52,4	52,0	52,0	0,4	5,0	0,0	0
10	49,7	49,0	49,0	0,7	5,0	0,0	0

(X) Aprovado () Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 14812896
Selos/lacres utilizados: H2748881-9