


	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15164696 EXECUTOR: IBAMETRO-BA - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca CONSILUX	Modelo SPEED CONTROL II (CSC-II)
Dados Complementares Registro de medição: Ssa 315/2025 Local da Instalação: AV GETULIO VARGAS,893 - CRUZ DAS ALMAS CRUZ DAS ALMAS - BA Faixas/Sentido: (1) FAIXA 1-Centro/Bairro (2) FAIXA 2-Centro/Bairro Marcas de Selagem: H5424277-2		Número de Série: 6400002 Número do Inmetro: 15681300 Código Serviço: 236 (Inicial) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103230001101569
Proprietário Nome/Razão Social: GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00 Endereço: R. UNAI, 190 Bairro: Industrial Município: CONTAGEM CEP: 32220-350 UF: MG		Agente Metrológico  ROBERVAL GOIS DE JESUS
Observações Portaria de aprovação do modelo: 277/2024 Verificado em 10/07/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/07/2026		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 30J71A40 ou pela leitura do QR-CODE		



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 315/2025

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação inicial	Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV GETULIO VARGAS,893 - CRUZ DAS ALMAS
CRUZ DAS ALMAS - BA

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 277/2024

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: CONSILUX Modelo: SPEED CONTROL II (CSC) Nº Série: 6400002

Metrologista executor	Data
ROBERVAL GOIS DE JESUS	10/07/2025

Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 1

Sentido: Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	45,9	46,0	46,0	- 0,1	5,0	0,0	0
2	45,2	45,0	45,0	0,2	5,0	0,0	0
3	47,3	47,0	47,0	0,3	5,0	0,0	0
4	50,6	50,0	50,0	0,6	5,0	0,0	0
5	49,1	49,0	49,0	0,1	5,0	0,0	0
6	45,9	46,0	46,0	- 0,1	5,0	0,0	0
7	45,2	45,0	45,0	0,2	5,0	0,0	0
8	47,3	47,0	47,0	0,3	5,0	0,0	0
9	50,6	50,0	50,0	0,6	5,0	0,0	0
10	49,1	49,0	49,0	0,1	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 2

Sentido: Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,2	50,0	50,0	0,2	5,0	0,0	0
2	48,4	48,0	48,0	0,4	5,0	0,0	0
3	50,3	50,0	50,0	0,3	5,0	0,0	0
4	47,1	47,0	47,0	0,1	5,0	0,0	0
5	46,0	46,0	46,0	0,0	5,0	0,0	0
6	50,2	50,0	50,0	0,2	5,0	0,0	0
7	48,4	48,0	48,0	0,4	5,0	0,0	0
8	50,3	50,0	50,0	0,3	5,0	0,0	0
9	47,1	47,0	47,0	0,1	5,0	0,0	0
10	46,0	46,0	46,0	0,0	5,0	0,0	0

(X) Aprovado () Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15681300
Selos/lacres utilizados: H5424277-2



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **315/2025**

Tipo de serviço metrológico

Verificação inicial

Orgão metrológico

Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

92115644 - ROBERVAL GOIS DE JESUS